



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4^η Υ.ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Καβάλα, 17/08/2021

Αριθ. Πρωτ.:

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Παύλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501598
Email: promithies@kavalahospital.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 751/05-08-2021 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Καβάλας με ΑΔΑ ΩΚΦΥ4690ΒΓ-2ΓΜ και υπ' αριθμ. απόφ. 1290/09-08-2021 Δέσμευση του Λογιστηρίου με ΑΔΑ ΨΩ7Ο4690ΒΓ-NPN, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια «**Πολυαυλικών παροχετεύσεων τραύματος σιλικόνης χωρίς επιφανειακές οπές για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας**» (CPV: 33141640-8 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ), συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης **6.750,00€ άνευ Φ.Π.Α** και συνολικής αξίας **8.370,00€ με 24% ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 50 ν.4782/2021.**

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στην πλατφόρμα του iSupplies του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΥΠ/ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΤ. ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΥΠ/ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
52546	Επίπεδη παροχέτευση Blake 7mm με καμπτόμενο τροκάρ 4,8mm	TEM	10	23	230	24%	285,2
52547	Επίπεδη παροχέτευση Blake 10mm με καμπτόμενο τροκάρ 4,8mm	TEM	25	23	575	24%	713,0
52548	Στρογγυλή παροχέτευση Blake 10fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά $\frac{3}{4}$ και καμπτόμενο τροκάρ 3,2mm	TEM	25	23	575	24%	713,0
52549	Στρογγυλή παροχέτευση Blake 15fr, χωρίς ομφαλό, με καμπτόμενο τροκάρ 4.8mm	TEM	30	23	690	24%	855,6
52550	Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά $\frac{3}{4}$ και καμπτόμενο τροκάρ 6,4mm	TEM	30	23	690	24%	855,6
52551	Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά $\frac{3}{4}$ και τροκάρ 6,4mm	TEM	30	23	690	24%	855,6
52552	J-VAC Δεξαμενή αναρρόφησης με φούσκα 100ml	TEM	20	22	440	24%	545,6
52553	J-VAC Κλειστή	TEM	40	22	880	24%	1091,2

	Δεξαμενή 150ml						
52554	J-VAC Κλειστή Δεξαμενή 450ml	TEM	40	22	880	24%	1091,2
52555	J-VAC Κλειστή Δεξαμενή 300ml	TEM	50	22	1100	24%	1364,0
					6.750,00€	24%	8.730,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Πολυαυλικών παροχετεύσεων τραύματος σιλικόνης χωρίς επιφανειακές σπές για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας»

Οι παροχετεύσεις τύπου BLAKE να διαθέτουν ελικοειδές σχήμα, να είναι κατασκευασμένες από σιλικόνη, ακτινοσκοπιές και εύκαμπτες. Να διαθέτουν 4 διαμήκη αυλάκια που καταλήγουν σε ένα διαφανή σωλήνα. Η ένωση των κομματιών αυτών να επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή του αίματος και του αέρα από τον ελικοειδή λευκό σωλήνα στον διαφανή. Η επιφάνεια παροχέτευσης να είναι 12cm². Με τον τρόπο αυτό οι παροχετεύσεις αυτές δύναται να αντέξουν σε αρνητική πίεση μεγαλύτερη από 20mm/Hg.

Οι Παροχετεύσεις να είναι από σιλικόνη, χωρίς οφθαλό, ατραυματικές για τον ασθενή. Να αποτελούνται από τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα απόφραξης λόγω πήξεως του αίματος προσφέροντας παράλληλα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Ακόμη να διαθέτουν ακτινοσκοπιή σήμανση σε όλο το μήκος της παροχέτευσης και κλειστή δεξαμενή αναρρόφησης 100ml/450ml ώστε να είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική για ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.