

55974 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΩΔΟΘΥΡΟΝΊΝΗ Τ3

Κριτήρια επιλογής των RIA-IRMA kits θα είναι:

• Να είναι απολύτως συμβατά και προσαρμοσμένα (επί ποινή αποκλεισμού) στον αυτόματο αναλυτή **RIAMAT 300 SR STRATEC RIA MAT** του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του ΓΝΚ.
• Οι εταιρίες θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να δηλώσουν ότι θα εξασφαλίζουν με δική τους ευθύνη την τροποποίηση ή και εκ νέου εισαγωγή πρωτοκόλλων εφαρμογής ραδιοανοσομετρήσεων για τον μετρητή 300 SR STRATEC RIA-MAT όποτε απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού).

- Υψηλή δεσμευτική ικανότητα.
- Μεγάλο εύρος τιμών των αποτελεσμάτων με όσο το δυνατόν περισσότερα standards, ιδιαίτερα στην περιοχή ενδιαφέροντος.
- Η μέθοδος προσδιορισμού να είναι με μονοκλωνικά αντισώματα, επικαλυμμένα σωληνάρια (coated tubes).
- Η υψηλή ευαισθησία. Να καθορίζεται η ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα.
- Η υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία.
- Ο μικρός χρόνος προετοιμασίας και ολοκλήρωσης του προσδιορισμού.
- Ο μεγάλος αριθμός ορών ελέγχου, (controls/συσκευασία).
- Η μεγάλη διάρκεια χρήσεως σε σχέση με την ημερομηνία λήξης.
- Να μην προσκρούουν σε προηγούμενη αρνητική εμπειρία από χρήση στο εργαστήριο.
- Στην περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το εργαστήριο οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα kit, η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει προς δοκιμή, δωρεάν, δείγμα του kit, εφόσον του ζητηθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.

Απαράβατος όρος για όλα τα προαναφερόμενα είδη να παρέχονται στοιχεία για την **τιμή ΦΠΑ** που ισχύει για το κάθε είδος και το barcode του κάθε είδους όπου αυτό προβλέπεται.

- Τεχνικά φυλλάδια των RIA-IRMA kits, όπου θα αναφέρονται τα μεγέθη συσκευασίας, το περιεχόμενό τους, ο απαραίτητος εξοπλισμός του εργαστηρίου, ο τρόπος προετοιμασίας τους, η ειδικότητα της δοκιμασίας, η ευαισθησία του, οι φυσιολογικές τιμές κλπ .