

43548 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G

Πεταλούδες αιμοληψίας -διατρήσεως σωληναρίων κενού ,με μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από τη φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλιση της .Μιας χρήσης ,αποστειρωμένη ,σωληνίσκος κοντός 23G. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548, 43589, 43592,53030. Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος. Τα φιαλίδια να είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας που χρησιμοποιείται στο Νοσοκομείο. Το δείγμα παρακαλώ να αποστέλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών στο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ υπόψιν Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού Σπυρόπουλος Ιπποκράτης και να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού ISUPPLIES.

43589 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ K3 EDTA 2 ML

Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να αναγράφεται το CE, LOT και χώρα παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, με πιεστό πώμα ασφαλείας χωρητικότητας 2ml 13x75κατάλληλα για αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα με αντιπηκτικό EDTA K2, K3. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548, 43589, 43592,53030.Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος. Τα φιαλίδια να είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας που χρησιμοποιείται στο Νοσοκομείο. Το δείγμα παρακαλώ να αποστέλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών στο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ υπόψιν Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού Σπυρόπουλος Ιπποκράτης και να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού ISUPPLIES.

43592 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 2-3 ML ΓΑΛΑΖΙΟ

Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και

ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να αναγράφεται το CE, LOT και χώρα παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης χωρητικότητας 2,7ml. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548, 43589, 43592, 53030. Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος. Τα φιαλίδια να είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας που χρησιμοποιείται στο Νοσοκομείο. Το δείγμα παρακαλώ να αποστέλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών στο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ υπόψιν Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού Σπυρόπουλος Ιπποκράτης και να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού ISUPPLIES.

53030 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ PLAIN ΜΕ GEL 3,5 ML

Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού με ειδική υδροδυναμική μορφή για γρήγορο διαχωρισμό, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα διαστάσεων 13x75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διατήρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας 3,5ml. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548, 43589, 43592, 53030. Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος. Τα φιαλίδια να είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας που χρησιμοποιείται στο Νοσοκομείο. Το δείγμα παρακαλώ να αποστέλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών στο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ υπόψιν Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού Σπυρόπουλος Ιπποκράτης και να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού ISUPPLIES.