

46970 ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Ο υγραντήρας θα πρέπει να είναι διάφανος, άθραυστος, επαναχρησιμοποιήσιμος, αποστειρώσιμος στους 134οC. Η χωρητικότητά του να είναι 250cc και απαραίτητα να διαθέτει να παρακάτω χαρακτηριστικά: ο Είσοδος θηλυκό με σπειρώμα 9/16"- για να βιδώνει στα αντίστοιχα ροόμετρα του νοσοκομείου. ο Διαχυτήρας οξυγόνου (τύπος φυσαλίδων). ο Ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού. ο Εμφανή και με ανεξίτηλο τρόπο τυπωμένη τη σήμανση CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση. ο Λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (κωδικός χρώματος βάσει του άρθρου 7 του προτύπου ISO 15002:2008). ο Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα για τη βέλτιστη ιχνηλάτιση του. ο Εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα (πρωτότυπο από τον κατασκευαστή οίκο) όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΔΥ7/2480/13-9-1994 Την επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή και του διανομέα.

Γενικοί όροι

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και με δική του μέριμνα να παραδώσει τον εξοπλισμό στον Νοσοκομείο, έτοιμο για εγκατάσταση και λειτουργία (να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση) .
3. Σε περίπτωση που ο υγραντήρας δεν ταιριάζει στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα και με δική του μέριμνα οφείλει να τον αντικαταστήσει (να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση) .
4. Ο χρόνος παράδοσης να είναι εντός 30 ημερών από την έγγραφη παραγγελία (να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση).