

37681-37680-37677-37679-37678:

Για τα αντιδραστήρια RIA-IRMA, η ποσότητα tube θα αναφέρεται σε αριθμό σωληναρίων (δειγμάτων). Οι προσφορές μπορούν να γίνουν σε διάφορες συσκευασίες (kit) ή των 50 tubes ή των 100 tubes

Κριτήρια επιλογής των RIA-IRMA kits θα είναι:

ο Να είναι απολύτως συμβατά και προσαρμοσμένα (επί ποινή αποκλεισμού) στον αυτόματο αναλυτή RIAMAT 300 SR STRATEC RIA MAT του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του ΓΝΚ.

ο Οι εταιρίες θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να δηλώσουν ότι θα εξασφαλίζουν με δική τους ευθύνη την τροποποίηση ή και εκ νέου εισαγωγή πρωτοκόλλων εφαρμογής ραδιοανοσομετρήσεων για τον μετρητή 300 SR STRATEC RIA-MAT όποτε απαιτείται.

ο Υψηλή δεσμευτική ικανότητα.

ο Μεγάλο εύρος τιμών των αποτελεσμάτων με όσο το δυνατόν περισσότερα standards, ιδιαίτερα στην περιοχή ενδιαφέροντος.

ο Η μέθοδος προσδιορισμού να είναι με μονοκλωνικά αντισώματα, επικαλυμμένα σωληνάκια (coated tubes).

ο Η υψηλή ευαισθησία. Να καθορίζεται η ελάχιστη ανιχνεύσιμη ποσότητα.

ο Η υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία.

ο Ο μικρός χρόνος προετοιμασίας και ολοκλήρωσης του προσδιορισμού.

ο Ο μεγάλος αριθμός ορών ελέγχου, (controls/συσκευασία).

ο Η μεγάλη διάρκεια χρήσεως σε σχέση με την ημερομηνία λήξης.

ο Να μην προσκρούουν σε προηγούμενη αρνητική εμπειρία από χρήση στο εργαστήριο.

ο Στην περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το εργαστήριο οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα kit, η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει προς δοκιμή, δωρεάν, δείγμα του kit, εφόσον του ζητηθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.

Τεχνικά φυλλάδια των RIA-IRMA kits, όπου θα αναφέρονται τα μεγέθη συσκευασίας, το περιεχόμενό τους, ο απαραίτητος εξοπλισμός του εργαστηρίου, ο τρόπος προετοιμασίας τους, η ειδικότητα της δοκιμασίας, η ευαισθησία του, οι φυσιολογικές τιμές κλπ .