

36201 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 22G ΜΗΚΟΥΣ 25MM ΜΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0.9 ΧΙΛ

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ LUER LOCK
ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ LL ΚΑΙ LS (LUER SLIP)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗ
ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ (REF)
ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΛΕΠΤΟ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η
ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ.
Ο ΟΔΗΓΟΣ-ΣΤΥΛΕΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.
Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 3 ΕΤΩΝ
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΥΛΕΩΝ (OBT URATOR) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΠΑΡΝΙΣΜΟΥ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE

36202 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G ΜΗΚΟΥΣ 32MM ΜΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1.1 ΧΙΛ.

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ LUER LOCK
ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ LL ΚΑΙ LS (LUER SLIP)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗ
ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ (REF)
ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΛΕΠΤΟ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η
ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ.
Ο ΟΔΗΓΟΣ-ΣΤΥΛΕΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.

Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 3 ΕΤΩΝ

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΥΛΕΩΝ (OBT URATOR) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΠΑΡΝΙΣΜΟΥ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE

36204 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 18G ΜΗΚΟΥΣ 32 ΜΜ ΜΕ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1.3 ΧΙΛ.**

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ LUER LOCK

ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ LL ΚΑΙ LS (LUER SLIP)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗ

ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ (REF)

ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΛΕΠΤΟ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ.

Ο ΟΔΗΓΟΣ-ΣΤΥΛΕΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.

Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 3 ΕΤΩΝ

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΥΛΕΩΝ (OBT URATOR) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΠΑΡΝΙΣΜΟΥ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE