

57639 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εξωτερικός πλήρως αυτόματος απινιδωτής
- Μενού και φωνητικές οδηγίες ανατροφοδότησης στην ελληνική γλώσσα (να αναφερθεί αν υπάρχει δυνατότητα οι οδηγίες να δίδονται και στα αγγλικά.
- Να διαθέτει οθόνη καρδιογραφήματος (αναφορά χαρακτηριστικών)
- Μέγιστη ισχύ 200J
- Κυματομορφή διφασική
- Να διαθέτει πρωτόκολλο σταδιακής εκφόρτισης για ενήλικα και σταθερό σοκ 50J για παιδιά
- Φόρτιση σε ≤ 9 δευτερόλεπτα στα 150J και ≤ 12 δευτερόλεπτα στα 200J χρόνος ανάλυσης κυμαίνεται από 4 έως 15 δευτερόλεπτα ≤ 13 δευτερόλεπτα στα 150J και ≤ 16 δευτερόλεπτα στα 200
- Εύκολα τοποθετούμενα , μονοκόμματα ηλεκτρόδια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 ετών.
- Να δέχεται μπαταρίες λιθίου με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 ετών
- Ανθεκτική σχεδίαση IP55 για σκόνη και νερό
- Να διαθέτει αυτόματα αυτοδιαγνωστικά της κατάστασης ετοιμότητας του απινιδωτή
- Διαστάσεις : να αναφερθούν
- Βάρος : ≤ 2.5 κιλά
- Να αναφερθεί δυνατότητα αναβάθμισης
- Να παραδοθεί με ζεύγος ηλεκτροδίων ενήλικα , τις απαιτούμενες μπαταρίες , και θήκη μεταφοράς
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και είναι επιθυμητό να συνοδεύεται από κάρτα γρήγορης αναφοράς με οδηγίες
- Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση προσωπικού
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους για τουλάχιστον δύο(2)χρόνια από την προμήθεια του.
2. Να διαθέτει τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των εξουσιοδοτημένων τεχνικών που θα επεμβαίνουν στον προσφερόμενο εξοπλισμό. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό

οίκο για την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ).

4. Να κατατεθεί βεβαίωση εξουσιοδότησης του προμηθευτή από τον κατασκευαστικό οίκο για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σχετικά με την προμήθεια και τεχνική υποστήριξή του.
5. Για όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα σημεία στα φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των προδιαγραφών. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται. Επιπλέον δεν επιτρέπονται παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή του προμηθευτή.
6. Να κατατεθεί **ISO 9001 ή ISO 13485** με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τον προμηθευτή.
7. Να κατατεθεί **ISO 13485** με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τον προμηθευτή.
8. Να κατατεθεί **ISO 13485** για τον κατασκευαστή.
9. Να κατατεθούν πιστοποιητικά σήμανσης **CE** για όλο τον εξοπλισμό.
10. Να κατατεθεί πιστοποιητικό **IEC 60601-1** για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού.
11. Να κατατεθεί βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την **Υπουργική Απόφαση ΔΥ86/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04)**.
12. Σε περίπτωση που απαιτούνται αναλώσιμα υλικά (πχ. φίλτρα, αισθητήρες, ακροδέκτες κλπ.) για την λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, να κατατεθεί η αντίστοιχη λίστα των αναλωσίμων υλικών.
13. Κατά την παράδοση του είδους να κατατεθούν τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (user & service manuals) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο αντίστοιχο τμήμα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
14. Να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και έτοιμο προς χρήση στο αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου όπου θα γίνει και η εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος.
15. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλος για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του (να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
16. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά τις 40 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.