

56039-56038-56037-56042 Τεχνικές προδιαγραφές

1. Να περιλαμβάνει τα απαραίτητα κάλυπτρα, σωλήνες πλύσης, σωλήνες αναρρόφησης, διαθερμίες και οδηγούς εισαγωγής.
2. Να συνοδεύεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τροχήλατο πύργο με καταγραφικό, 2 μόνιτορ HD, σύστημα κάμερας 2D διαστάσεων 43X43X188mm.
3. Το τροκάρ να έχει συνολικά 4 κανάλια (εργασίας, ενδοσκοπίου, πλύσης αναρρόφησης κατά περίπτωση).
4. Να παρέχεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένου εργαλείου πνευματικής σταθεροποίησης και χωροτακτικής προσαρμογής τριών αξόνων en bloc.
5. Να παρέχεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, πλήρες σετ ενδοσκοπικών εργαλείων, συμβατών με το ενδοσκόπιο και κατά περίπτωση πλήρες σετ ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης χειρουργικής υπόφυσης ή συνδετικό εργαλείο εφαρμογής υπερηχητικού αναρροφητήρα όγκων.
6. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να υπάρχει φυσική παρουσία αντιπροσώπου, εκπαιδευμένου στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου υλικού και με πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα.