

56201 ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. Η βαλβίδα να διαθέτει τριπλή στρόφιγγα η οποία να μπορεί να συνδεθεί με σωλήνες σίτισης, σύριγγες σίτισης, συλλέκτες παροχέτευσης.
2. Να αποτρέπει την τυχαία έκθεση του υγειονομικού προσωπικού στα γαστρικά υγρά ή τις εκκρίσεις της βλεννογόνου μεμβράνης του ασθενούς.
3. Να διαθέτει ενσωματωμένο και μη αποσπώμενο προστατευτικό καπάκι προκειμένου να μην χάνεται.
4. Να μην περιέχει μεταλλικά στοιχεία προκειμένου να είναι συμβατή με Μαγνητικό Τομογράφο.
5. Να είναι συμβατή με λιπίδια και Κοινά Χημειοθεραπευτικά.
6. Να είναι latex και DEHP free.
7. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τμχ.