

34779 ΜΑΚΡΟΣΥΣΣΩΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ
- ΜΑΑ (ΚΙΤ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ TC-99M)

Θα απορριφθεί ραδιοφάρμακο, εφόσον κατά τη χρήση του γίνεται αντιληπτό ότι:

ο συγκεντρώνεται σε επίπεδα μη επιθυμητά σε όργανα εκτός του εξεταζόμενου οργάνου,

ο δεν παρουσιάζει την υψηλότερη καθήλωση στο εξεταζόμενο όργανο για μεγαλύτερο χρόνο (πχ λόγω διάσπασης, μεταβολισμού κλπ)

ο κατά την απεικόνιση, παρουσιάζεται ασυνήθιστα υψηλό background.

ο η μέθοδος παρασκευής του ραδιενεργού προϊόντος είναι πολύπλοκος, με μεγάλο χρόνο επώασης, ιδίως για επείγουσες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής : καρδιάς, νεφρών, πνευμόνων.

Στις προσφορές να επισυναφθούν τα ακόλουθα:

ο Κατάλογοι και τεχνικά φυλλάδια ραδιοφαρμάκων, όπου θα αναφέρονται η χημική μορφή, η ειδική ραδιενέργεια, η συγκέντρωση, η χημική - ραδιοχημική - ραδιονουκλειδική καθαρότητα, τα μεγέθη συσκευασίας, ο τρόπος προετοιμασίας τους και τα χαρακτηριστικά του λαμβανόμενου προϊόντος (διάρκεια ζωής, συνθήκες φύλαξης κλπ).