

46365 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟ-99/ΤC-99Μ. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤC-99Μ
600ΜCΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΚΛΟΥΣΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η γεννήτρια τεχνητίου, Mo99/Tc99m θα πρέπει να συνοδεύεται από:

ο την απαραίτητη θωράκιση μολύβδου (Pb), ώστε ο ρυθμός έκθεσης σε ακτινοβολία να μην υπερβαίνει αυτόν της ακτινοβολίας υποστρώματος στο "θερμού" εργαστηρίου του Τμήματος,

ο δύο (2) κατάλληλες θωρακισμένες θήκες για το φιαλίδιο έκλυσης, οι οποίες θα παραδοθούν εφάπαξ με την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης,

ο 10 φιαλίδια έκλυσης.

Η εταιρεία, στην οποία θα κατοχυρωθεί η προμήθεια της γεννήτριας τεχνητίου, οφείλει να εγγυηθεί ότι :

ο θα υπάρχει δυνατότητα παράδοσης της στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, τις ημέρες Πέμπτη, το αργότερο Παρασκευή (με πρώτη μέρα έκλυσης την Δευτέρα πρωί τουλάχιστον 600 mCi).

ο στην περίπτωση προβλήματος κατά την διακίνηση/παράδοση της γεννήτριας (π.χ. κατά παραγωγή Mo99 κα) θα παραδίδεται στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΚ , το συντομότερο δυνατόν, γεννήτρια η οποία κατά την έκλυσή της θα αποδίδει την ημέρα παράδοσής της ίση ή μεγαλύτερη ενεργότητα Τεχνητίου-99m από την αντίστοιχη απόδοση της κατακυρωθείσας.

2. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν άδεια ή προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και να συνοδεύονται από τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Στις προσφορές να επισυναφθούν κατάλογοι και τεχνικά φυλλάδια και πίνακας ημερήσιας απόδοσης των προσφερόμενων γεννητριών στον οποίο θα φαίνεται η ημέρα παράδοσής τους στο κάθε ένα από τα Νοσοκομεία, τα οποία αφορά ο διαγωνισμός.