

**55592 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ TCI**

Η συσκευή να αποτελείται από:

-Τέσσερεις σύριγγες 50/60 cc luer lock, βαθμονομημένες στις αντλίες σύριγγας TCI

-Προέκταση με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1)Δύο αυλούς για χρήση με δύο αντλίες σύριγγας, οι οποίοι συνδέονται μέσω Υ συνδέσμου πριν το τελικό άκρο με

2)πιεζόμενο κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής σε κάθε αυλό

3)αντισιφωνική βαλβίδα σε κάθε αυλό

4)Συνολικό μήκος 200 cm περίπου

5)Συνδετικό άκρο ασφαλείας luer lock αρσενικό, ελεύθερα περιστρεφόμενο

Μιας χρήσης, στείρα, μη τοξική, ελεύθερη πυρετογόνων, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)

Οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα

Η σύριγγα να είναι βαθμονομημένη σε παραχωρούμενη ως συνοδό εξοπλισμό αντλία σύριγγας TCI με ρυθμό χορήγησης 2.300 ml/hr, βάρος ? 1,80 Kgr, menu στην Ελληνική γλώσσα, επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 11 ωρών με ρυθμό 5 ml/hr, μέτρηση χορηγούμενου όγκου με 4 τρόπους, λειτουργία KVO έως 50 ml/hr, χωρητική οθόνη αφής 7" και αριθμητικό ψηφιακό πληκτρολόγιο.

Να παραχωρούνται ως συνοδός εξοπλισμός οι συμβατές ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας