

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

56346 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων να περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους: αντισώματα έναντι dsDNA, αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm, Scl-70, Jo1), αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης IgG & IgM, ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), παράγοντες συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδή παράγοντα (RF).

56347 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

" Το Πρόγραμμα Ορολογικών Παραμέτρων (TORCH) να περιλαμβάνει: αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgG & IgM, Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgM και Ερυθράς IgG & IgM.

" Στα δύο παραπάνω προγράμματα, των Ανοσολογικών και των Ορολογικών Παραμέτρων:

" να γίνεται απεικόνιση των αποτελεσμάτων γραφικά με ιστογράμματα κατανομής, διαγράμματα LEVEY JENNINGS και διαγράμματα YOUDEN .

" η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής, κατά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα.

" στα αναφερόμενα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση (SD) και ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%).

" το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αποστολές και 12 δείγματα ανά έτος.

" το σχήμα ελέγχου να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά παράμετρο.

" η στατιστική επεξεργασία καθώς και η έκδοση αποτελεσμάτων να εμφανίζονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έπειτα από τη λήξη εισαγωγής αποτελεσμάτων κάθε αποστολής.

" τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες ανασύστασης και φύλαξης.

" ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και διαπιστευμένος σύμφωνα με το ειδικό για τα διεργαστηριακά σχήματα πρότυπο, ISO/IEC 17043.

56348 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

" Στο Πρόγραμμα της Γενικής Ούρων:

" να γίνεται απεικόνιση των αποτελεσμάτων γραφικά με ιστογράμματα κατανομής.

" στα αναφερόμενα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση (SD).

" το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αποστολές και 12 δείγματα ανά έτος.

" το σχήμα ελέγχου να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά παράμετρο.

" οι οροί ελέγχου να είναι σε υγρή μορφή, έτοιμοι προς χρήση.

" να υπάρχει η δυνατότητα μικροσκοπικής ανάλυσης.

" τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες ανασύστασης και φύλαξης.

" ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και διαπιστευμένος σύμφωνα με το ειδικό για τα διεργαστηριακά σχήματα πρότυπο, ISO/IEC 17043.

51925 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΒΑ1C

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας, της αναπαραγωγιμότητας και της γραμμικότητας των μετρήσεων του εργαστηρίου.

Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής, ανά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου να μπορούν να συγκρίνονται με τους στόχους κατά DCCT και IFCC.

Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 δείγματα προς ανάλυση ανά έτος και οι αναλύσεις να γίνονται τουλάχιστον ανά μήνα.

Να περιλαμβάνονται και δείγματα με μη φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες.

Τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες ανασύστασης και φύλαξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και διαπιστευμένος σύμφωνα με το ειδικό για τα διεργαστηριακά σχήματα πρότυπο, ISO/IEC 17043.

51926 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ

Στο πρόγραμμα να γίνεται απεικόνιση των αποτελεσμάτων γραφικά με ιστογράμματα κατανομής, διαγράμματα LEVEY JENNINGS και διαγράμματα YOUDEN.

Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής, κατά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα.

Στα αναφερόμενα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση (SD) και ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%).

Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αποστολές και 12 δείγματα ανά έτος.

Το σχήμα έλεγχου να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά παράμετρο.

Η στατιστική επεξεργασία καθώς και η έκδοση αποτελεσμάτων να εμφανίζονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έπειτα από τη λήξη εισαγωγής αποτελεσμάτων κάθε αποστολής.

Τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες ανασύστασης και φύλαξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και διαπιστευμένος σύμφωνα με το ειδικό για τα διεργαστηριακά σχήματα πρότυπο, ISO/IEC 17043.

Θα συνεκτιμηθεί θετικά αν η λειτουργία του προγράμματος είναι στα ελληνικά.