

35808 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 300X400MM

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 70 -5% G/M² ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΑΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟ , ΕΤΟ. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΡΤΙΟΥΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ . ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΤΥΧΝΙΚΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΘΡΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ . ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ISO 11607,ΕΝ 868-5 ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΝΧΟΥ ΕΝ ISO ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO 13485