

58400 ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ DELTA P 12120-1000MBAR**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ **ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ DELTA P 1212 0-1000mbar**

1. Το δοχείο υπερχείλισης να είναι συμβατό και κατάλληλο για σύνδεση σε αναρρόφηση κενού τύπου **DELTA P 1212 0-1000mbar** (Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση).
2. Το δοχείο υπερχείλισης να είναι χωρητικότητας 500 ml και αποστειρώσιμο τουλάχιστον στους 121ο C .
3. Να συνδέεται απευθείας στην αναρρόφηση κενού τύπου **DELTA P 1212 0-1000mbar**.
4. Να διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο μίας χρήσης. Επίσης, να περιλαμβάνονται τα αντιβακτηριδιακά φίλτρα σε μία συσκευασία των 100 τεμαχίων.
5. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας υπερχείλισης.
6. Να διαθέτει ένδειξη ανώτατου επιπέδου πλήρωσης.
7. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο με φωτογραφίες και παραπομπές.
8. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
9. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO9001 & ISO13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη και να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.
10. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.