

42890 ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (MICRO TIP) ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ.

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (PLUG AND PLAY)
- 2.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ο₂ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
3. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
- 4.ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ MONITOR (RAUMEDIC ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ) ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ICP + T + PTIO₂) ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ TRENDS.
- 5.ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ MONITOR ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
6. ΤΟ MONITOR ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ MONITOR ΤΗΣ ΜΕΘ
- 7.ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ .
- 8.ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
- 9.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΡΕΖΕΣ