

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροχήλατο ψηφιακό πιεσόμετρο με μόνитор κλινικής κατηγορίας παγκόσμιας κλάσης, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

A. Χαρακτηριστικά προϊόντος:

1. Εύρος μέτρησης πίεσης & παλμών:
Συστολική: τουλάχιστον 60-255 mmHg
Διαστολική: τουλάχιστον 30-200mmHg
MAP: τουλάχιστον 40-200 mmHg
Καρδιακός ρυθμός: τουλάχιστον 40-200 bpm
2. Ακρίβεια: πίεσης ± 3 mmHg / παλμού $\pm 5\%$
3. Ανίχνευση αρρυθμίας κλινικά επικυρωμένη για ασθενείς με ειδικές καταστάσεις όπως υπέρταση, υπόταση, διαβήτης, εγκυμοσύνη, προεκλαμψία, αρτηριοσκλήρωση, νεφρική νόσο τελικού σταδίου, παχυσαρκία, ηλικιωμένους και για παιδιά > 3 ετών
4. Οθόνη αφής LCD 4", ευανάγνωστη για εύκολη λειτουργία με ένα άγγιγμα
5. Γρήγορες ενδείξεις, σε δευτερόλεπτα
6. Μνήμη: χωρητικότητα τουλάχιστον 120 αναγνώσεων
7. Μερική λειτουργία αναμονής (απενεργοποίηση φωτισμού φόντου μετά από κάποια δευτερόλεπτα)
8. Μήκος σωλήνα τουλάχιστον 280cm
9. Καλάθι αποθήκευσης στην πίσω πλευρά
10. Τροχήλατη βάση με ρύθμιση ύψους τουλάχιστον 75-120cm.
11. Επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία (4x NIMH AA) επιτρέπει 1000 μετρήσεις όταν είναι πλήρως φορτισμένη
12. Χρειάζονται έως 6 ώρες για πλήρη φόρτιση
13. Βάρος : περίπου 500 gr

B. Περιλαμβάνονται :

1. Δύο περιχειρίδες χωρίς latex ενηλίκων (Μέγεθος M, 22-32cm) και (Μέγεθος L/XL, 32-52cm)
2. Μπαταρία NiMH, 4,8 V 2400 mAh
3. Μετασχηματιστής AC/DC 7,5 V, 1,5 A

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους για τουλάχιστον δύο(2)χρόνια από την προμήθεια του.
2. Να διαθέτει τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο.
3. Να κατατεθεί βεβαίωση εξουσιοδότησης του προμηθευτή από τον κατασκευαστικό οίκο για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σχετικά με την προμήθεια και τεχνική υποστήριξή του.

4. Για όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα σημεία στα φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των προδιαγραφών. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται.
5. Να κατατεθεί βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04) και Δ3(α)4822/2025 - ΦΕΚ 1197/Β/12-3-2025 .
6. Να κατατεθεί ISO 9001 ή ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τον προμηθευτή.
7. Να κατατεθεί ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τον προμηθευτή.
8. Να κατατεθεί ISO 13485 για τον κατασκευαστή.
9. Να κατατεθούν πιστοποιητικά σήμανσης CE για όλο τον εξοπλισμό.
10. Να κατατεθεί πιστοποιητικό IEC 60601-1 για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού εφόσον απαιτείται.
11. Σε περίπτωση που απαιτούνται αναλώσιμα υλικά (πχ. φίλτρα, αισθητήρες, ακροδέκτες κλπ.) για την λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, να κατατεθεί η αντίστοιχη λίστα των αναλωσίμων υλικών.
12. Κατά την παράδοση του είδους να κατατεθούν τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (user & service manuals) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο αντίστοιχο τμήμα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
13. Να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και έτοιμο προς χρήση στο αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου όπου θα γίνει και η εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος. Να οριστεί η διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση να μπορεί να επαναληφθεί δωρεάν εντός του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού, κατόπιν αιτήματος του Νοσοκομείου.
14. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλος για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του (να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
15. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά τις 40 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.