

59030 ΚΑΛΩΔΟ ΗΚΓ 10 ΠΟΛΙΚΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PHILIPS
ΚΩΔ M1978A

1. Να είναι τριών τμημάτων αποτελούμενο από το τμήμα κορμού μήκους 2.7m και ζεύγος αποσπώμενων πενταπολικών απολήξεων άκρων 1,6m και προκάρδιων, 1m.
2. Να είναι πολλαπλών χρήσεων.
3. Να διαθέτει ειδική θωράκιση για απόρριψη παρασίτων.
4. Να διαθέτει κούμπωμα τύπου Grabber.
5. Να διαθέτει σύνδεσμο 12 ακίδων (12pin).
6. Για προστασία του μόνιτορ από καταστροφή κατά τη διάρκεια της απινίδωσης, για ακριβείς μετρήσεις ΗΚΓ, καθώς και για προστασία κατά του θορύβου και άλλης παρεμβολής, να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του μόνιτορ.
7. Να κατατεθούν επίσημα prospectus με παραπομπών για τις ως άνω προδιαγραφές.
8. Λόγω του ότι, πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με τον υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η προμηθεύτρια Εταιρεία, θα πρέπει (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ), να διαθέτει Βεβαίωση/Εξουσιοδότηση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, από τον κατασκευαστικό οίκο.
9. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/07.01.20224.(«Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» – ΦΕΚ Β΄32/16.01.2024). Επιπλέον, να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 27001:2022, ISO 27701:2019, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015