

59031 ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σύστημα παρακολούθησης υγιεινής που αποτελείται από σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης/ποσοτικοποίησης της υπολειμματικής πρωτεϊνικής μόλυνσης στα ιατρικά όργανα μέσω ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 15883-1:2024, ISO 15883-4:2018, ISO 15883-5:2021, HTM 01-01, HTM 01-06.

Να διατίθεται ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.

Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση (4-7min) σε ειδικό επωαστήριο.

Να διατίθεται πίνακας οπτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Να έχει όριο ποσοτικού προσδιορισμού:1,0μg.

Κάθε συσκευασία στυλεών να συνοδεύετε από τα αντίστοιχα μάκτρα τα οποία να διατίθενται σε διαμέτρους: 1,7cm, 2cm, 2,7cm, 3cm.

Να υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής.

Να παρέχονται φιαλίδια ενυδατικού υγρού του στυλεού σε κάθε συσκευασία.

Να παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) με δυνατότητα εκτύπωσης των ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνικής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.