# 43501 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ

Βελόνες αιμοληψίας -διατρήσεως σωληναρίων κενού ,με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας ,χωρίς ενσωματωμένο holder 21G ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς **43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592**(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.

Το δείγμα παρακαλώ να αποστέλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών στο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ υπόψιν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΣΤΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού ISUPPLIES.

43548 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G

Πεταλούδες αιμοληψίας -διατρήσεως σωληναρίων κενού ,με μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από τη φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλιση της .Μιας χρήσης ,αποστειρωμένη ,σωληνίσκος κοντός 23GΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.

41034 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ PLAIN 5 ML ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ GEL

Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, γιάλινα, χωρίς επιταχυντή πήξεως η υλικό διαχωρισμού κατάλληλα για αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, χωρητικότητας 5 ml 13x100.ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.

43585 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ PLAIN ΜΕ GEL 6 ML

Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel κατάλληλα για αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα 13x100 με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, χωρητικότητα 6 ml. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.

43589 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ Κ3 EDTA 2 ML

Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να να αναγράφεται το CE, LOT και χώρα παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, με πιεστό πώμα ασφαλείας χωρητικότητας 2ml 13x75κατάλληλα για αυτοματοποημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα με αντιπηκτικό EDTA K2, K3 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.

43592 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 2-3 ML ΓΑΛΑΖΙΟ

Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, στην οποία να αναγράφεται το CE, LOT και χώρα παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης χωρητικότητας 2,7ml ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝ ΚΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ (περί Ασφάλειας προσωπικού) ΤΟ ΟΠΟΙΟ να περιλαμβάνει τους κάτωθι κωδικούς 43548,43501,41034, 43585,43589 ,43592(Για λόγους συμβατότητας, λειτουργικότητας και ομοιομορφίας στη συλλογή των δειγμάτων (και κατ επέκταση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων) η επιλογή και κατακύρωση σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της προαναφερόμενης ομάδος.