59403 ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ (ισοδύναμο θωράκισης μολύβδου 0.50mm Pb εμπρός και 0.50mm Pb πλάγια)

1. Να προσφερθούν γυαλιά ακτινοπροστασίας με ισοδύναμο θωράκισης μολύβδου 0.50mm Pb εμπρός και 0.50mm Pb πλάγια.
2. Το υλικό κατασκευής να είναι lead-free.
3. Πλήρης Κάλυψη: Να παρέχουν πλήρη τρισδιάστατη προστασία από όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πάνω, κάτω, πλάγια) και να μην αφήνουν ασυνέχειες

σύμφωνα με την νέα οδηγία Norm IEC 61331-3. (Να κατατεθεί πιστοποιητικό επί ποινή αποκλεισμού)

4. Οι φακοί να προσφέρουν μέγιστη θωράκιση και ακτινοπροστασία χωρίς παραμορφώσεις, θολώσεις ή αντανακλάσεις, διατηρώντας υψηλή διαύγεια όρασης.
5. Να αναφερθεί η δυνατότητα επιλογής χρωμάτων.
6. Να συνοδεύονται από ιμάντα συγκράτησης και εργονομική προστατευτική θήκη. Επίσης να περιλαμβάνει μαντηλάκι καθαρισμού και ειδικό αντιθαμβωτικό υγρό
7. Να έχουν βάρος ≤94gr
8. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό τελευταίας τεχνολογίας το οποίο να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
9. Να κατατίθεται πιστοποιητικό της εταιρείας που αναφέρεται η απορροφητικότητα του υλικού για τη ζητούμενη ισοδυναμία μολύβδου (επί

ποινή αποκλεισμού).

10. Να διαθέτουν αντιθαμβωτικό φίλτρο, αντιχαρακτική προστασία και να μην δημιουργούν παραμορφώσεις.
11. Τα γυαλιά να διαθέτουν ρυθμιζόμενα μαξιλαράκια μύτης από σιλικόνη για άνετη εφαρμογή.
12. Να μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με δοσίμετρο για τη μέτρηση της δόσης ακτινοβολίας.
13. Τα γυαλιά να προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής διορθωτικών οπτικών φακών (για μυωπία ή/και πρεσβυωπία), βάσει της συνταγής

γιατρού, ως προαιρετική επιλογή με αντίστοιχη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

14. Να υπάρχει δυνατότητα επισκευής τους.
15. Τα προϊόντα να δίνονται με εγγύηση 3 ετών για την ποιότητα κατασκευής τους.
16. Ο κατασκευαστής οίκος να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 , ISO 13845:2016 και ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης την

κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και όλα τα είδη να φέρουν CE mark, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα

ακτινοπροστατευτικά προϊόντα.

17. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:15 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση συστημάτων

ακτινοπροστασίας, ISO 13485:16 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Υπουργική Απόφαση 1348/04 και ISO

14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση συστημάτων ακτινοπροστασίας.

18. Να κατατεθεί φύλλο Συμμόρφωσης (Επί ποινή απόρριψης) και φωτογραφίες του προιόντος