53308 ΣΎΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΔΊΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΉ

1) Ατραυματικό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο παρακολούθησης- εντοπισμού των κινητικών κλάδων (άνω και κάτω λαρυγγικών νεύρων) του λαρυγγικού νεύρου , σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής. Το ηλεκτρόδιο να είναι σχεδιασμένο για να κάνει επαφή με τις φωνητικές χορδές του ασθενή ώστε να διευκολύνει την συνεχή ηλεκτρομυογραφική (EMG) παρακολούθηση των φωνητικών χορδών καθώς και τον εντοπισμό του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μέσω της απευθείας διεγχειρητικής διέγερσής του (DNS).

Το ηλεκτρόδιο να διατίθεται αποστειρωμένο και να προσαρμόζεται σε όλα τα είδη και μεγέθη ενδοτραχειακού σωλήνα που διαθέτει το νοσοκομείο.

2)Αποστειρωμένο Διπολικό στειλεό τύπου Microfork, μίας χρήσεως.

Το Monitor να προσφέρεται ως συνοδευτικός εξοπλισμός για την συνεχή καταγραφή των προκαλούμενων ερεθισμάτων (EMG) καθώς και του εντοπισμού των κινητικών κλάδων του λαρυγγικού νεύρου που προβάλλεται μέσω οπτικοακουστικού σήματος υψηλής ευκρίνειας.

Το ηλεκτρόδιο, η γεννήτρια και ο διπολικός στειλεός να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για απόλυτη συμβατότητα και ορθότητα λειτουργίας του συστήματος.

Οι τεχνικοί - χειριστές της εταιρείας να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εγγράφως από την κατασκευάστρια εταιρεία, και να σας προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα (Training Report).