

49308-49313-49314-49315

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ .ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ .ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟ 121-134 ο C. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ .ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ASIPCOGERMABARRIESYSTEM ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ.ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ.DIN EN ISO 11607,PART1 AND PART 2

DIN EN 868,PART 8

DIN 58953,PART 9

MDD 93/42/EEC